



SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI

Splaiul Independenței 169, sector 5, București, 050098
Tel: (+4) 021.318.0522; (+4) 021.312.8104 / Fax: (+4) 021.318.0554
www.suub.ro; e-mail: secretariat@suub.ro



Nr. 38097 / 07.08.2015

SOLICITARE OFERTA DE PRET

Pentru buna desfasurare a **PROIECTULUI RO 19.10** "Imbunatatirea serviciilor de sanatate in sarcina cu risc, nasterea prematura si bolile hematologice" – **Program Mecanism Financiar Norvegian, SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI**, cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, tel.021/3180555, fax 021/3180554, cod fiscal 4283570, **dorește sa achizitioneze urmatoarele produse:**

- * Imprimanta multifunctionala laser monocrom A4,1 buc
- * Imprimanta laser monocrom A4, 1 buc
- * Computer pentru aplicatii de birou, 3 buc
- * Router wireles, 2 buc
- * Butelii oxid nitric (NO), 4 buc, cu punerea la dispozitie a dispozitivului de administrare

Pe aceasta cale, invitam toti operatorii economici interesati sa transmita oferta de pret insotita de fisele tehnice ale fiecarui produs oferat pana la data de 11.08.2015, ora 14.00 la unul din urmatoarele puncte de contact:

- Fax: 021 314 15 00 / 021 314 00 15;
- E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com;
- Registratura Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

La intocmirea ofertei se va tine cont de urmatoarele:

- Livrarea produselor se va efectua in maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.
- Transportul se va efectua gratuit la sediul autoritatii contractante;
- Plata se va efectua in termen de maxim 60 de zile de la inregistrarea facturii;

Atasam prezentului document specificatiile tehnice minimale pentru produsele mai sus mentionate.

Pentru orice alte informatii suplimentare va puteti adresa in scris la oricare din punctele de contact mai sus mentionate, la tel.: 021 318 05 22 / 021 601 22 52, persoana de contact Madalin Necula – Sef Serviciu Achizitii sau Ana Maria Dinca – Responsabil Achizitii – Proiect RO19, sau E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. ec. Madalin Necula

Intocmit,
Ec. Ana Maria Dinca



SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE

1. Imprimantă multifuncțională laser monocrom A4, 1 bucată:
 - funcții de imprimare, scanare, copiere, fax
 - interfețe USB + Ethernet + Wireless
 - funcție printare de pe dispozitive mobile
 - minim 25 pag/min
 - introducere automată documente (ADF)
 - duplex manual
 - scanner rezoluție 1200x1200 dpi
 - transmitere și recepție fax
 - tavă intrare/ieșire minim 100 coli
 - în plus față de cartușul toner instalat, imprimanta va fi livrată cu un cartuș toner original suplimentar, cu capacitate de cel puțin 2500 coli A4.

2. Imprimantă laser monocrom A4, 1 bucată:
 - interfețe USB + Ethernet + Wireless;
 - funcție printare de pe dispozitive mobile;
 - minim 25 pag/min; duplex;
 - tavă intrare/ieșire minim 100 coli.
 - În plus față de cartușul toner instalat, imprimanta va fi livrată cu un cartuș toner original suplimentar, cu capacitate de cel puțin 2500 coli A4.
 - Cartușele toner și alte consumabile trebuie să fie compatibile cu cele utilizate pentru imprimanta multifuncțională de la punctul 1.

3. Computer pentru aplicații de birou, 3 buc:
 - Procesor: Intel Core i3 sau echivalent ca putere de procesare
 - Memorie RAM: 4 GB
 - Hard-disk: 500 GB
 - Unitate DVD Read – Write
 - Placă video integrată capabilă de rezoluție Full HD
 - Conectivitate rețea: Ethernet RJ45 100Mbps și WiFi minim 802.11 n
 - Cel puțin un port USB3
 - Mouse
 - Tastatură
 - Monitor LED sau LCD, diagonala 21 inchi, Full HD

4. Router wireless, 2 buc:
 - 4 porturi LAN și un port WAN RJ45 cu rata de transfer 100 Mbps
 - Standard wireless 802.11 n
 - Rata de transfer wireless 300 Mbps
 - Protocoale de securitate: firewall și WEP/WPA

5. Butelii oxid nitric, cu punerea la dispozitie a dispozitivului de administrare, 4 buc:
- Oxid nitric concentratie 400 ppm, butelii de 10L
 - Medicament sub forma de gaz de inhalare imbuteliat, autorizat de catre ANM
 - Produsele vor fi livrate impreuna cu sistemul (dispozitivul) de administrare oxid nitric, care va fi pus gratuit la dispozitia spitalului
 - Sistemul de distributie trebuie sa functioneze cu 2 butelii de oxid nitric medicinal
 - Consumabilele necesare conectarii sistemului de distributie la ventilator si cele necesare bunei functionari vor fi incluse in pretul produselor
 - Instalarea sistemului si instruirea personalului se vor efectua de catre ofertant gratuit