



Certificat Nr. 8182

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII	
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ	
INTRARE NR.	50799
IEȘIRE NR.	
DATA	26. OCT 2015

SOLICITARE OFERTA DE PRET

Pentru buna desfasurare a **PROIECTULUI RO 19.10** "Imbunatatirea serviciilor de sanatate in sarcina cu risc, nasterea prematura si bolile hematologice" – **Program Mecanism Financiar Norvegian, SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI**, cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, tel.021/3180555, fax 021/3180554, cod fiscal 4283570, **doreste sa achizitioneze urmatoarele MATERIALE SANITARE, CONSUMABILE SI SUBSTANTE:**

- | | |
|---|------------|
| • Perfuzoare cu ac plastic / metalic | 3000 buc.; |
| • Ace recoltare vacutainer | 1500 buc; |
| • Solutie Lugol 5 % pentru colposcopie ce contine:
Iod – 5 g, iodura de potasiu – 10 g, apa ad. – 100 ml | 2 litri; |
| • Hartie pentru cardiocitograf Bistos BT- 350,
dimensiune 152/90/150 | 100 buc.; |
| • Hartie ecograf Sony UPP-110 pentru Ecograf
Voluson E10 | 100 buc. |
| • Eprubete sterile cu tampon, pentru recoltat culturi col cu tija plastic | 1000 buc. |
| • Uroculitoare | 1000 buc. |
| • Speculi vaginali S | 700 buc. |
| • Speculi vaginali M | 700 buc. |
| • Speculi vaginali L | 100 buc. |
| • Canula de aspiratie cu tub de 2 m | 100 buc. |
| • Prezervative | 1500 buc. |
| • Dezinfectant pentru instrumente chirurgicale | 10 litri |

Pe aceasta cale, invitam toti operatorii economici interesati sa transmita oferta de pret insotita de fisa tehnica detinuta de producator / documentatie tehnica pentru fiecare produs oferat din care sa reiasa specificatiile solicitate si atasate prezentei, **pana la data de 29.10.2015, ora 14.00** la unul din urmatoarele puncte de contact:

- Fax: 021 314 15 00 / 021 314 00 15;
- E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com;
- Registratura Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

La intocmirea ofertei se va tine cont de urmatoarele:

- Livrarea produselor se va efectua in maxim 48 de ore de la emiterea comenzii;
- Transportul se va efectua gratuit la sediul autoritatii contractante;
- Plata se va efectua in termen de maxim 60 de zile de la inregistrarea facturii;
- Necesarul poate fi ajustat in functie de preturile obtinute cu scopul incadrarii in bugetul disponibil;

- cumpararea se va realiza de la operatorii economici a caror produse respecta in totalitate specificatiile tehnice atasate si a caror oferta este cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar;
- nu vor fi luate in considerare ofertele de pret care nu sunt insotite de toate documentele solcitate;
- oferta de pret se va elabora si prezenta pentru unul sau mai multe dintre reperele solcitate;

Pentru orice alte informatii suplimentare va puteti adresa in scris la oricare din punctele de contact mai sus mentionate sau la tel.: 021 318 05 22 / 021 601 22 52, persoana de contact Madalin Necula – Sef Serviciu Achizitii sau Ana Maria Dinca – Responsabil Achizitii – Proiect RO19.

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. ec. Madalin Necula



Intocmit,
Ec. Ana Maria Dinca

A handwritten signature in black ink, belonging to Ana Maria Dinca, is written below the text.

SPECIFICATII TEHNICE

Perfuzoare ac plastic / metalic

Sa fie prevazute cu 2 ace si adaptor din polipropilena HT- 022

Acul de introdus in punga sa fie din plastic, cu luer- slip.

Acul de introdus in punga sa fie metalic, cu luer- slip.

Acul de introdus in vena 0.8x44, sa fie conectat cu luer-lock

Al treilea ac sa fie prevazut cu filtru disc de 15-20 microni, nylon 1010 si ABS757

Non- toxice, non-pirogenice, rata hemoliza < 5%

Citotoxicitate L-929 , Test subcutanat peste 72 ore fara eritem

- ambalaj individual care sa pastreze integritatea dispozitivului si sterilitatea acestuia si in momentul extragerii din ambalaj pentru folosire

- in momentul livrarii termenul de valabilitate sa fie de minim 12 luni.

Marcare ambalaj individual:

- denumire d.m. - tip, dimensiune- denumire si adresa producator- data fabricatiei- nr. lot, - specificatie :unica utilizare, - specificatie: steril- Modul de utilizare- Data sterilizarii- termenul de valabilitate- cod produs- marcaj C E

Ace recoltare vacutainer

- Canula pentru punctie vena-otel inoxidabil
- Racordul-material plastic de grad medical
- Canula perforatoare dop eprubeta – otel inoxidabil
- Protector canula perforatoare cauciuc
- Ambalaj care sa pastreze integritatea produsului si sterilitatea lui

MARCARE, ETICHETARE: - denumire d.m., tip, dimensiune, denumire si adresa producator, data fabricatiei, nr. lot, specificatie :unica utilizare, specificatie: steril, modul de utilizare, data sterilizarii, termenul de valabilitate, cod produs, marcaj C E.

Solutie Lugol 5 % pentru colposcopie ce contine Iod – 5 g, iodura de potasiu – 10 g, apa ad. – 100 ml

Hartie termica compatibila cu cardiocograf Bistos BT- 350, dimensiune 152/90/150

Hartie ecograf Sony UPP-110 pentru Ecograf Voluson E10

Eprubete sterile cu tampon, pentru recoltat culturi col cu tija plastic, ambalate individual, cu eticheta. Marcaj CE.

Urocultoare – Container din plastic cu capac care asigura inchidere etansa pentru recoltare urina. Volum 60 ml. Marcaj CE.

Speculi vaginali de unica folosinta, sterili, ambalati individual, cu fixare centrala sau laterala, marimi S, M, L. Ambalaj: 1 buc / blister, max. 100 buc / bax. Marcaj CE.

Canula de aspiratie cu tub de 2 m

Canula aspiratie cu tub de 2 m care sa se adapteze la aspirator electric VICTORIA Lipos VICTORIA Portable VICTORIA Thorax VICTORIA Versa

Lungime 24 cm

Diametru: intern – 10 mm

Extern – 15 mm

Prevazut la capete cu conectori

Prezervative medicale din latex lubrifiat pentru sonda ecograf transparente.

Dezinfectant pentru instrumentar

- Certificate de calitate eliberate de organismele autorizate (ISO), marcaj CE , pentru producator si distribuitor;
- Proiectul de eticheta;

Să poată fi utilizat concomitent pentru dezinfecția și curățarea instrumentarului.

Să nu conțină clor, iod, alcoolii, aldehide, sodă caustică, clorhexidină, oxigen activ.

Să poată fi utilizat în bai ultrasonice;sa poata fi utilizat pentru prelucrarea manuala si automata a instrumentarului.

Sa nu necesite conditii special de preparare si utilizare (temperatura, duritate apa, incaperi cu ventilatie speciala, echipamente special de protectie), sa nu precipite, sa nu creeze pelicula, sa nu obstrueze canalele tubulaturii prelucrate.

Să fie compatibil cu majoritatea tipurilor de materiale (instrumentar metalic, endoscoape rigide și flexibile, fibroscoape, instrumentar laparoscopic și alte dispozitive medicale)

Sa prezinte miros placut, sa nu pateze, sa nu corodeze;

Să prezinte un spectru larg de acțiune: bactericid EN 13727, levuricid EN 13624, virucid : EN 14476 , mycobactericid EN 14348.

Sa prezinte urmatoarele documente:

-Aviz eliberat de Ministerul Sănătății /Comisia Nationala pentru Produse Biocide, valabil la data licitației, să respecte HG 956/2005 privind plasarea pe piață a substanțelor biocide, sa fie inclus in "Registrul national al produselor biocide" – pentru produsele incadrate ca biocide si/sau Copie legalizata dupa Declaratia de conformitate CE eliberata de fabricant, emisa in baza Directivei 93/42/CEE si HG 911/2005" – pentru produsele incadrate ca dispozitive medicale;

-Referat de expertiză tehnică emis de Institutul de Sănătate Publică si/sau alte documente eliberate conform legislatiei in vigoare care sa ateste activitatea pe spectrul de actiune solicitat, in situatia in care avizul nu include testarile conform standardelor solicitate;

-Fisa tehnica a produsului, cu instructiuni de utilizare, compozitie;

-Fișa de securitate a produsului.

Sa respecte Ordinului nr. 261/2007 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

Eticheta produsului, lipita pe fiecare recipient, privind compoziția și instrucțiunile de utilizare să fie în limba română.

Termenul de garanție al produsului concentrat în ambalajul original să fie de minim doi ani de la data achiziției.

Forma de prezentare – canistre de maxim 5 litri/kg, cu ambalare adecvata si dotare cu toate dispozitivele necesare pentru utilizare;

Se va avea în vedere: prețul unui litru de soluție de lucru cu acțiune pe spectrul solicitat în maxim 60 minute.