



SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

Splaiul Independentei 169, sector 5, Bucuresti, 050098
Tel: (+4) 021.318.0522; (+4) 021.312.8104 / Fax: (+4) 021.318.0554
www.suub.ro; e-mail: secretariat@suub.ro



41658/31.08.2015

SOLICITARE OFERTA DE PRET

Pentru buna desfasurare a **PROIECTULUI RO 19.10** "Imbunatatirea serviciilor de sanatate in sarcina cu risc, nasterea prematura si bolile hematologice" – **Program Mecanism Financiar Norvegian**, **SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI**, cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, tel.021/3180555, fax 021/3180554, cod fiscal 4283570, **doreste sa achizitioneze urmatoarele produse:**

- **Înregistrator EKG pe 2 sau 3 canale – 1 buc;**
- **Holter de tensiune arterială electronic – 1 buc.**

Pe aceasta cale, invitam toti operatorii economici interesati sa transmita oferta de pret insotita de fisele tehnice detinute de producator pentru produsele oferite pana la data de **03.09.2015, ora 10.00** la unul din urmatoarele puncte de contact:

- Fax: 021 314 15 00 / 021 314 00 15 (se va solicita confirmare de primire);
- E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com;
- Registratura Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

La intocmirea ofertei se va tine cont de urmatoarele:

- Livrarea produselor se va efectua in maxim 48 de ore de la emiterea comenzii;
- Transportul se va efectua gratuit la sediul autoritatii contractante;
- Plata se va efectua in termen de maxim 60 de zile de la inregistrarea facturii;
- Cumpararea se va realiza de la operatorul economic a carui produs respecta in totalitate specificatiile tehnice atasate si a carui oferta este cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar;
- nu vor fi luate in considerare ofertele de pret care nu sunt insotite de toate documentele solcitate.

Pentru orice alte informatii suplimentare va puteti adresa in scris la oricare din punctele de contact mai sus mentionate sau la tel.: 021 318 05 22 / 021 601 22 52, persoana de contact Madalin Necula – Sef Serviciu Achizitii sau Ana Maria Dinca – Responsabil Achizitii – Proiect RO19.

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. ec. Madalin Necula

Intocmit,
Ec. Ana Maria Dinca



SPECIFICATII TEHNICE

1. Înregistrator EKG pe 2 sau 3 canale, destinat Secției ginecologie, cu următoarele specificații minime:

- Sa fie compatibil cu sistemul software CASE existent in institutie
- Inregistrare pe 2 sau 3 canale ECG
- Informatii aditionale simultane pacemaker si impedanta trans-toracica
- Attentionarea vizuala si auditiva in cazul in care un fir nu face contact
- Inregistrare timp de minim 48 ore
- Stocarea semnalelor in memoria interna
- Rezolutia semnalului de 12bit si o rata de esantionare de 1024Hz
- Testarea automata a capacitatii bateriei la pornire
- Monitorizarea contactului electrozilor
- Protejarea datelor chiar si atunci cand este indepartata bateria
- Display color de minim 2.4 inch (320x240 pixeli)
- Transfer date prin cablu USB
- Greutate maxima: 89 grame cu baterie
- Afisaj la recorder pana la 3 derivatii
- Protectie la defibrilare
- Protectie apa si praf de minim IP64
- Conditii de operare:
 - Temperatura: +5 - +45 grade Celsius
 - Umiditate: 10 – 95%
- Conditii de depozitare si transport:
 - Temperatura: -20 - +65 grade Celsius
 - Umiditate: 5 – 95%

2. Holter de tensiune arterială electronic destinat Secției Ginecologie.

Caracteristici tehnice minime:

- Sa fie compatibil cu sistemul software CASE existent in institutie
- Achizitie pe 24h a presiunii sangelui
- Metoda de masurare oscilometrica
- Masuratori: presiune sistolica, diastolica si medie, frecventa cardiaca
- Intervalele dintre masuratori ajustabile si diferite in timpul zilei fata de noapte
- Achizitie pana la 30 ore sau 200 de masuratori
- Tastatura cu functii
- Permite setarea din monitorul de pacient
- Display LCD pentru presiunea sistolica, diastolica si medie
- Interfata USB pentru conectarea la PC;
- Posibilitate folosire diferite marimi de mansete
- Domeniul de masuratori:
 - Presiunea sistolica: 60 - 260 mmHg
 - Presiunea diastolica 40 – 220 mmHg
 - Presiunea mediana 50-260 mmHg
 - Frecventa cardiaca: 35-240 bpm
 - Bateria: 2 acumulatori AA NiMh
 - Greutate maxima: 200 g cu acumulatori